```
* Zeno 3200 System Setup File
* Program Version And Date: Zeno 3200 V1.60-768-4, Jun  3 1995
* Copyright (C) Coastal Environmental Systems, 1995.
* Setup File Date And Time: 98/11/11 22:13:42
PARAM1 60 0 60 2 110 4 103 0 9600 9600
PARAM2 9600 0 0 0 0 3 0 0 0 0
PARAM3 16777 1 60 18 600 10 0 0 2 2
PARAM4 2 2 0 0 0 3276800
PARAM5 NONE NONE
SENSOR 3 "PIRDN" 2 2 0 0 0 0 0 3 0 2 0 299401 0 0
SENSOR 3 "PSPDN" 4 2 2 0 0 0 0 1 0 2 0 124719 0 0
SENSOR 1 "IRT-DN" 12 0 1 6 0 0 15 1 0 2 0 25 -50 0
SENSOR 1 "THER-DC" 10 0 0 0 2 1 0 3 0 2 0 -0.4 1 0
SENSOR 1 "THER-DD" 11 0 0 0 2 1 0 3 0 2 0 -0.4 1 0
SENSOR 3 "NET+" 6 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 9150 0 0
SENSOR 3 "NET-" 6 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 11350 0 0
SENSOR 1 "BATT_EXT" 1 0 2 0 0 0 0 2 1 3 0 10.27 0 0
SENSOR 1 "BATT_INT" 2 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 1 0 0
SENSOR 1 "Int_Temp" 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0
PROCESS 1 2 S2.1
PROCESS 3 2 S2.1 300 -20 12
PROCESS 5 9 S4.1
PROCESS 5 8 P3.1 0 0 0 0 0 10000 -10000
PROCESS 4 1 S4.1 0.00103085 0.000238918 1.57464e-07 10000
PROCESS 5 9 S5.1
PROCESS 5 8 P6.1 0 0 0 0 0 10000 -10000
PROCESS 4 1 S5.1 0.00103085 0.000238918 1.57464e-07 10000
PROCESS 4 5 P8.2 P5.2 S1.1 1 4
PROCESS 1 9 S1.1
PROCESS 1 9 P4.1
PROCESS 1 9 P7.1
PROCESS 1 2 P9.2
PROCESS 3 2 P9.2 575 375 13
PROCESS 1 2 S3.1
PROCESS 3 2 S3.1 50 10 14
PROCESS 1 2 S6.1
PROCESS 3 2 S6.1 900 -100 15
PROCESS 3 1
PROCESS 4 4 S8.1 S9.1
PROCESS 1 1 S10.1
DATA 6 1,2 "TWP-" 1.1 0 0 1
DATA 6 1,2 "Nauru." 1.1 0 0 1
DATA 6 1,2 "gndrad<20>" 1.1 0 0 1
DATA 6 1 "V981112.00" 1.1 0 0 1
DATA 6 1 "<20>" 1.1 0 0 1
DATA 3 1,2 "" 1.1 0 0 1
DATA 8 1 "BIT" 19.1 0 0 6
```

```
DATA 8 1 "PSPG_Ave" 1.1 2 0 8
DATA 8 1 "PSPG_SD" 1.3 2 0 8
DATA 8 1 "PSPG_Max" 1.4 2 0 8
DATA 8 1 "PSPG_Min" 1.5 2 0 8
DATA 8 1 "PIRDN_E_1" 10.10 2 0 8
DATA 8 1 "PIRDN_E_2" 10.30 2 0 8
DATA 8 1 "PIRDN_E_3" 10.50 2 0 8
DATA 8 1 "Rc_1" 11.10 2 0 8
DATA 8 1 "Rc_2" 11.30 2 0 8
DATA 8 1 "Rc_3" 11.50 2 0 8
DATA 8 1 "Rd_1" 12.10 2 0 8
DATA 8 1 "Rd_2" 12.30 2 0 8
DATA 8 1 "Rd_3" 12.50 2 0 8
DATA 8 1 "PIRDN_Ave" 13.1 2 0 8
DATA 8 1 "PIRDN_SD" 13.3 2 0 8
DATA 8 1 "PIRDN_Max" 13.4 2 0 8
DATA 8 1 "PIRDN_Min" 13.5 2 0 8
DATA 8 1 "IRT-DN_Ave" 15.1 2 0 8
DATA 8 1 "IRT-DN_SD" 15.3 2 0 8
DATA 8 1 "IRT-DN_Max" 15.4 2 0 8
DATA 8 1 "IRT-DN_Min" 15.5 2 0 8
DATA 8 1 "NET_Ave" 17.1 2 0 8
DATA 8 1 "NET_SD" 17.3 2 0 8
DATA 8 1 "NET_Max" 17.4 2 0 8
DATA 8 1 "NET_Min" 17.5 2 0 8
DATA 8 1 "Int_Temp" 21.1 2 0 8
DATA 8 1 "Batt_Int" 20.2 2 0 8
DATA 8 1 "Batt_Ext" 20.1 2 0 8
DATA 6 2 "<20>Rc:" 1.1 0 0 1
DATA 7 2 "Rc" 4.1 2 0 1
DATA 6 2 "<20>Rd:" 1.1 0 0 1
DATA 7 2 "Rd" 7.1 2 0 1
DATA 6 2 "<20>Tc:" 1.1 0 0 1
DATA 7 2 "Tc<20>K" 5.2 2 0 1
DATA 6 2 "<20>Td:" 1.1 0 0 1
DATA 7 2 "Td<20>K" 8.2 2 0 1
DATA 6 2 "<20>PIR:" 1.1 0 0 1
DATA 7 2 "PIRDN" 9.1 2 0 1
DATA 6 1,2 "<0D><0A>" 1.1 0 0 1
EOF
```